

1. Czy Zamawiający dopuści światowej klasy urządzenie z osobnymi elektrodami dla osoby dorosłej i pediatryczne (bez przycisku pediatrycznego, zmiana energii automatyczna po zmianie elektrod), o wyższej wydajności baterii – 300 wyładowań (wymagane 200) i baterią 7-mio letnią (wymagana 5-cio letnia), przy zachowaniu pozostałych parametrów OPZ?

Nie.

2. Czy Zamawiający dopuści szafkę zamykaną na zamek patentowy, przy zachowaniu pozostałych parametrów OPZ?

Tak.